

Nos solutions
en endoscopie

neobrush®

Catalogue
Écouvillons

Une **gamme complète d'écouvillons** associée à une application web, permettant une **expertise personnalisée.**

- Respect d'une procédure de désinfection optimale
- Adaptée à chaque endoscope
- Adaptée à votre utilisation

www.aseptinmed.fr

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Votre parc d'endoscopes ..... p. 3
Références des kits écouvillons ..... p. 4
Avant tout ..... p. 6

COMPATIBILITÉ FUJINON

Coloscope, gastroscope, duodénoscope ..... p. 7
Bronchoscope ..... p. 8
Echo-endoscope digestif ..... p. 9
Echo-endoscope bronchique ..... p. 9
Naso-gastroscope ..... p. 10
Entéroscope ..... p. 10
Cystoscope ..... p. 10

COMPATIBILITÉ OLYMPUS

Coloscope, gastroscope, duodénoscope ..... p. 11
Bronchoscope ..... p. 12
Echo-endoscope digestif ..... p. 13
Echo-endoscope bronchique ..... p. 13
Naso-gastroscope ..... p. 14
Entéroscope ..... p. 14
Intubationscope ..... p. 14
Cystoscope ..... p. 15
Urétéroscope ..... p. 15

COMPATIBILITÉ PENTAX

Coloscope, gastroscope, duodénoscope ..... p. 16
Bronchoscope ..... p. 17
Echo-endoscope digestif ..... p. 18
Echo-endoscope bronchique ..... p. 18
Naso-gastroscope ..... p. 19
Entéroscope ..... p. 19
Intubationscope ..... p. 19
Cystoscope ..... p. 20
Urétéroscope ..... p. 20

COMPATIBILITÉ WOLF

Cystoscope ..... p. 20
Urétéroscope ..... p. 20

COMPATIBILITÉ STORZ

Cystoscope ..... p. 21
Urétéroscope ..... p. 21

CANAUX AUXILIAIRES ..... p. 22

HYGIÈNE : NOS PRODUITS DE LA GAMME NEO ..... p. 23

VOTRE PARC ENDOSCOPIQUE

Notre expertise repose sur l'analyse de votre parc d'endoscopes existant au sein de votre établissement. En effet, il est important de connaître l'architecture interne de chaque endoscope afin de répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité pour chacun d'entre eux.

Après la sélection de votre modèle d'endoscope sur **notre application web** dédiée retrouvez :

- Des **écouvillons adaptés** aux dimensions des différents canaux de vos endoscopes,
- Une liste de **références efficientes** permettant de répondre au mieux à l'ensemble de votre parc.






- **Respect des procédures de lavage dès le premier nettoyage**

Efficacité de l'écouvillonnage des canaux

- **Réduction du niveau de contamination de l'endoscope**
- **Économie de consommables et de temps**

Optimisation des références d'écouvillons

- **Réponse concrète aux personnes en charge de la désinfection des endoscopes**



NOS KITS

KIT 1 ÉCOUVILLON AVEC BROSSE À PISTON

RÉFÉRENCES	Brosse(s) long. 20mm Ø 5mm (Ø canal opérateur de 2.8 à 4.2 mm)			DOUBLE BROSSE À PISTON
	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	
201789	1	1.75	230	Ø 5/11mm
201790	2	1.75	230	Ø 5/11mm
201791	1	1.85	230	Ø 5/11mm
201792	2	1.85	230	Ø 5/11mm
201793	1	1.85	300	Ø 5/11mm
201794	2	1.85	300	Ø 5/11mm
203025	1	1.75	130	Ø 5/11mm
203026	2	1.75	130	Ø 5/11mm

RÉFÉRENCES	Brosse(s) long. 15mm Ø 2mm (Ø canal opérateur de 1 à 1,8 mm)			DOUBLE BROSSE À PISTON
	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	
203020	2	0,8	100	Ø 5/11mm

RÉFÉRENCES	Brosse(s) long. 20mm Ø 3mm (Ø canal opérateur de 1,8 à 2,8 mm)			DOUBLE BROSSE À PISTON
	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	
203021	2	1,55	100	Ø 5/11mm

KIT 2 ÉCOUVILLONS AVEC BROSSE À PISTON

RÉFÉRENCES	Brosse(s) long. 15mm Ø 2mm (Ø canal opérateur de 1 à 1.8 mm)			Brosse(s) long. 20mm Ø 5mm (Ø canal aspiration)			DOUBLE BROSSE À PISTON
	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	
201777	1	0.8	130	1	1.75	30	Ø 5/11mm
201778	2	0.8	130	1	1.75	30	Ø 5/11mm

RÉFÉRENCES	Brosse(s) long. 20mm Ø 3mm (Ø canal opérateur de 1.8 à 2.8 mm)			Brosse(s) long. 20mm Ø 5mm (Ø canal aspiration)			DOUBLE BROSSE À PISTON
	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	
201779	1	1.55	130	1	1.75	30	Ø 5/11mm
201780	2	1.55	130	1	1.75	30	Ø 5/11mm
201781	1	1.65	130	1	1.75	30	Ø 5/11mm
201782	2	1.65	130	1	1.75	30	Ø 5/11mm
201783	1	1.65	230	1	1.85	230	Ø 5/11mm
201784	2	1.65	230	2	1.85	230	Ø 5/11mm

RÉFÉRENCES	Brosse(s) long. 20mm Ø 6.5mm (Ø canal opérateur de 4.2 à 6 mm)			Brosse(s) long. 20mm Ø 5mm (Ø canal aspiration)			DOUBLE BROSSE À PISTON
	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	Brosses	Ø Tube (mm)	Longueur (cm)	
201785	1	1.85	230	1	1.85	230	Ø 5/11mm
201786	2	1.85	230	2	1.85	230	Ø 5/11mm
201787*	1	1.85	300	1	1.85	230	Ø 5/11mm
201788*	2	1.85	300	2	1.85	230	Ø 5/11mm

KIT 3 ET + ÉCOUVILLONS AVEC BROSSE À PISTON

RÉFÉRENCES	Contenu du kit			
203022	201780		201796	
203023	201784		201798	
203024	201790		201798	

Conditionnement des kits : boîtes de 100 unités - * boîte de 80 unités

ÉCOUVILLONS & BROSSES HORS KIT

ÉCOUVILLONS CANAUX AIR/EAU ET AUXILIAIRES

RÉFÉRENCES	Brosse(s) long. 15mm Ø 2mm (Ø canal opérateur de 1 à 1.8 mm)			
	Nombre	Ø Tube (mm)		Longueur (cm)
201795	1	0.8		130
201796	2	0.8		130
201797	1	0.8		230
201798	2	0.8		230

BROSSE POUR ÉRECTEUR

RÉFÉRENCE	Brosse(s) long. 15mm Ø 2mm			
	Nombre	Ø Tube (mm)		Lg (cm)
201799	1	4		10

BROSSE POUR NETTOYAGE EXTERNE

RÉFÉRENCE	Usage unique
201693	Carton de 30 unités - Type fer à cheval

BROSSE À PISTON

RÉFÉRENCE	Double brosse Ø 5/11mm Usage unique
201685	Carton de 100 unités

Les kits proposés par Asept InMed permettent de **respecter les procédures** d'écouvillonnage communiquées par les constructeurs.

Chaque canal doit être écouvillonné avec un écouvillon adapté.
Exemple ci-dessous :





AVANT TOUT...

Les kits proposés par Asept InMed permettent de **respecter les procédures d'écouvillonnage communiquées par les constructeurs**.

Chaque procédure se déroule de la même façon :

▶ Après avoir réalisé l'ensemble des gestes précédents l'écouvillonnage munissez vous du **kit adapté à l'endoscope** que vous vous apprêtez à nettoyer. Pour cela, recherchez votre endoscope par **marque et types** d'endoscopes dans le livret, ou aidez-vous de l'application NeoBrush.

Vous trouverez sur la droite la ou les références adaptées à votre appareil.

▶ Les brosses, simples ou doubles et en version souples ou rigides, sont **non stériles** et **à usage unique**.

Quel que soit l'endoscope à nettoyer, **la première étape consiste à nettoyer la cage à piston**.

Pour cela, vous disposez dans chacun de nos kits d'une double brosse à piston rouge.

▶ Par la suite, **écouvillonnez dans l'ordre indiqué dans vos protocoles internes** en prenant soin de vérifier quel écouvillon doit nettoyer le canal opérateur, et quel écouvillon doit nettoyer le canal d'aspiration (si différent). N'oubliez pas de nettoyer les canaux auxiliaires lorsqu'ils sont présents (type écho-endoscopes) en utilisant le kit adapté.

Pour rappel : sur l'ensemble de nos kits, **un pictogramme coloré indique l'écouvillon à utiliser** dans le canal opérateur.

▶ Une fois la procédure terminée, prenez soin de coller une des étiquettes de traçabilité fournies dans nos kits et jetez le matériel contaminé.

Afin de vérifier directement quel kit est le plus adapté à votre matériel d'endoscopie, nous vous invitons à **visiter notre application sur notre site internet**.

En effet, vous trouverez sur notre application **l'ensemble de notre expertise** vous permettant notamment d'obtenir un tableau associant chacune de **vos références avec nos références** d'écouvillons.

SCANNER POUR
ACCÉDER À NOTRE
APPLICATION DÉDIÉE

COMPATIBILITÉ FUJINON

COLOSCOPE - GASTROSCOPE - DUODÉNOSCOPE





Canaux
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201789
Double brosse 201790





Canaux
- **2,8 à 4,2 mm**

Références rigides
Simple brosse 201791
Double brosse 201792





Canal opérateur
- **4,2 à 6 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm**



Érecteur duodénoscope
- **Si présent**

Références
Simple brosse 201785, 201787
Double brosse 201786, 201788

Érecteur duodénoscope 201799 (flèche rouge)

BRONCHOSCOPE





Canal opérateur
▶ **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
▶ **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références souples
Simple brosse 201779
Double brosse 201780





Canal opérateur
▶ **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
▶ **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références rigides
Simple brosse 201781
Double brosse 201782





Canal opérateur
▶ **2,8 à 4,2 mm**



Canal aspiration
▶ **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références souples
Simple brosse 203025
Double brosse 203026

COMPATIBILITÉ FUJINON

ÉCHO-ENDOSCOPE DIGESTIF





Canaux
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201789
Double brosse 201790





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201783
Double brosse 201784

ÉCHO-ENDOSCOPE BRONCHIQUE





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références souples
Simple brosse 201779
Double brosse 201780

NASO-GASTROSCOPE





Canal opérateur
- 1,8 à 2,8 mm



Canal aspiration
- 2,8 à 4,2 mm

Références souples
Simple brosse 201783
Double brosse 201784

ENTÉROSCOPE





Canaux
- 2,8 à 4,2 mm

Références souples
Simple brosse 201793
Double brosse 201794

CYSTOSCOPE





Canal opérateur
- 1,8 à 2,8 mm

Référence souple
Double brosse 203021

COMPATIBILITÉ OLYMPUS

COLOSCOPE - GASTROSCOPE - DUODÉNOSCOPE





Canaux
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201789
Double brosse 201790





Canaux
- **2,8 à 4,2 mm**

Références rigides
Simple brosse 201791
Double brosse 201792





Canal opérateur
- **4,2 à 6 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm**



Érecteur duodénoscope
- **Si présent**

Références
Simple brosse 201785, 201787
Double brosse 201786, 201788

Érecteur duodénoscope 201799 (flèche rouge)

BRONCHOSCOPE





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références souples
Simple brosse 201779
Double brosse 201780





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références rigides
Simple brosse 201781
Double brosse 201782





Canal opérateur
- **2,8 à 4,2 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références souples
Simple brosse 203025
Double brosse 203026

COMPATIBILITÉ OLYMPUS

ÉCHO-ENDOSCOPE DIGESTIF





Canaux
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201789
Double brosse 201790





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201783
Double brosse 201784

ÉCHO-ENDOSCOPE BRONCHIQUE





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**

Références souples
Simple brosse 201779
Double brosse 201780



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**

NASO-GASTROSCOPE





Canal opérateur
- 1,8 à 2,8 mm



Canal aspiration
- 2,8 à 4,2 mm

Références souples
Simple brosse 201783
Double brosse 201784

ENTÉROSCOPE





Canaux
- 2,8 à 4,2 mm

Références souples
Simple brosse 201793
Double brosse 201794

INTUBATIONSCOPE





Canaux
- 1 à 1,8 mm



Canal aspiration
- 2,8 à 4,2 mm si présent

Références souples
Simple brosse 201777
Double brosse 201778

COMPATIBILITÉ OLYMPUS

CYSTOSCOPE





Canal opérateur
- 1,8 à 2,8 mm

Référence souple
Double brosse 203021

URÉTÉROSCOPE





Canal opérateur
- **1 à 1,8 mm**

Référence souple
Double brosse 203020

COMPATIBILITÉ PENTAX

COLOSCOPE - GASTROSCOPE - DUODÉNOSCOPE





Canaux
- 2,8 à 4,2 mm

Références souples
Simple brosse 201789
Double brosse 201790





Canaux
- **2,8 à 4,2 mm**

Références rigides
Simple brosse 201791
Double brosse 201792





Canal opérateur
- **4,2 à 6 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm**



Érecteur duodénoscope
- **Si présent**

Références
Simple brosse 201785, 201787
Double brosse 201786, 201788

Érecteur duodénoscope 201799 (flèche rouge)

COMPATIBILITÉ PENTAX

BRONCHOSCOPE





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**

Références souples
Simple brosse 201779
Double brosse 201780



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**

Références souples
Simple brosse 201781
Double brosse 201782



Canal d'aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**





Canal opérateur
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 203025
Double brosse 203026



Canal d'aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**

ÉCHO-ENDOSCOPE DIGESTIF





Canaux
▶ **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201789
Double brosse 201790





Canal opérateur
▶ **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
▶ **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201783
Double brosse 201784

ÉCHO-ENDOSCOPE BRONCHIQUE





Canal opérateur
▶ **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
▶ **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références souples
Simple brosse 201779
Double brosse 201780

COMPATIBILITÉ PENTAX

NASO-GASTROSCOPE





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201783
Double brosse 201784

ENTÉROSCOPE





Canaux
- **2,8 à 4,2 mm**

Références souples
Simple brosse 201793
Double brosse 201794

INTUBATIONSCOPE





Canal opérateur
- **1 à 1,8 mm**



Canal aspiration
- **2,8 à 4,2 mm si présent**

Références souples
Simple brosse 201777
Double brosse 201778

CYSTOSCOPE





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**

Référence souple
Double brosse 203021

URÉTÉROSCOPE





Canal opérateur
- **1 à 1,8 mm**

Référence souple
Double brosse 203020

COMPATIBILITÉ WOLF & STORZ

CYSTOSCOPE





Canal opérateur
- **1,8 à 2,8 mm**

Référence souple
Double brosse
203021

URÉTÉROSCOPE





Canal opérateur
- **1 à 1,8 mm**

Référence souple
Double brosse 203020

CANAUX AUXILIAIRES



Pour écouvillonnage des canaux auxiliaires des écho-endoscopes bronchiques

- Simple brosse 201795
- Double brosse 201796

Pour écouvillonnage des canaux auxiliaires des écho-endoscopes/ endoscopes digestifs

- Simple brosse 201797
- Double brosse 201798

Nous proposons des kits écouvillons complets **comprenant directement l'écouvillon permettant de nettoyer les canaux auxiliaires**, en plus de ceux pour les canaux d'aspiration et opérateur.

Echo-endoscope bronchique
- Double brosse 203022

Echo-endoscope digestif radial
- Double brosse 203023

Echo-endoscope digestif linéaire :
- Double brosse 203024

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D'HYGIÈNE !

COMPATIBLE AVEC TOUS LES ENDOSCOPES

En complément, notre gamme écouvillons neobrush®



Notre gamme stérile

- Kits de pistons à usage unique
- Tubulures d'irrigation
- Tubulures d'insuflation air ou CO_2



Pour plus d'information, veuillez demander les brochures associées



SCANNER POUR
ACCÉDER À NOTRE
APPLICATION DÉDIÉE

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

02/2025 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Fabricant : Asept InMed - Crédit Photo : Fotolia et Asept InMed - Photos non contractuelles - Produits non stériles à usage unique destinés au nettoyage des endoscopes - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Documentation à destination des professionnels de santé.