KITS DE PISTONS & VALVES

neopiston®
neovalve®

Kits stériles à usage unique - compatibilité **Olympus**

▶ Descriptif

Cette gamme de pistons et de valves à usage unique stériles **s'adapte aux endoscopes digestifs Olympus**. Notre offre se compose de kits stériles adaptés à vos besoins.

Piston d'aspiration
- Actionne l'aspiration

Piston air/eau
- Actionne l'insufflation et le nettoyage de la lentille

NeoValve®
- Assure l'étanchéité

NeoAdapter® avec valve anti-reflux
- Adapteur, usage unique recommandé
- Métallique ou plastique, au choix

Piston de pré-nettoyage
- Rinçage du canal air/eau après l'examen d'endoscopie.

STERILE EO

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

LES KITS NEOPISTON®

DÉSIGNATION	COMPATIBILE	PISTON AIR/EAU	PISTON ASPIRATION	VALVE	ADAPTATEUR	PISTON PRÉ NETTOYAGE	RÉFÉRENCES	
							Cmde	Produit
NEOPISTON® SET À PISTONS		✓	✓	✓	x	x	222412	40060012
		✓	✓	✓	✓	x	222627	40060091
		✓	✓	✓	x	✓	222485	40060043
		✓	✓	✓	✓	✓	222628	40060092

Conditionnement : 25 unités
Seuls les Neoadapters plastiques sont vendus dans les kits

PISTONS DE PRÉ-NETTOYAGE

DÉSIGNATION	COMPATIBILE		RÉFÉRENCES	
			Cmde	Produit
PISTON DE PRÉ-NETTOYAGE	Olympus	●	222424	40060041

Conditionnement : 100 unités

NEOVALVE® STÉRILES

DÉSIGNATION	COMPATIBILE		RÉFÉRENCES	
			Cmde	Produit
NEOVALVE® STÉRILE	Olympus	●	222386	40060023

Conditionnement : 200 unités

NEOADAPTER® - ADAPTATEUR POUR TUBULURE D'IRRIGATION ENDOSCOPE

DÉSIGNATION	COMPATIBILITÉ	RÉFÉRENCES	
		Cmde	Produit
NEOADAPTER® MÉTALLIQUE	Olympus ●	222348	40120021
NEOADAPTER® PLASTIQUE		222626	40120024

Conditionnement : boîte de 100 unités

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY
9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

09/2021 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Fabricant : Fartley - Crédit Photo : Asept InMed & Fotolia - Photos non contractuelles - Dispositifs médicaux stériles à usage unique de classe Is certifiés CE0197 destinés à l'endoscopie digestive - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Documentation à destination des professionnels de santé.