neoinjection®

AIGUILLE D'INJECTION

Pour sclérothérapie et mucosectomie

Présentation technique

Code couleur
- Pour identification de la taille des aiguilles

25G 23G 22G 19G

Poignée ergonomique
- Prise en main et manipulation aisées

Gaine transparente
- Visualisation des solutions injectées

Protection métallique
- Sortie de l'aiguille sécurisée pour un béquillage maximum

Aiguille biseautée à 22°
- Pénétration dans la muqueuse aisée

La gamme NEO

Découvrez une gamme développée en collaboration avec notre fournisseur, s'appuyant sur notre expertise technique et les retours de nos délégués commerciaux.

Une gamme créée **avec et pour les utilisateurs,** fruit de notre écoute et de la proximité avec les équipes médicales.

NeoBite
Pinces à biopsie

NeoInjection
Aiguilles d'injection

NeoSnare Cold / Hybrid
Anses à polypectomie froide et hybride

NeoBag Grip
Sacs d'extraction type épuisette

NeoNet
Anses à filet

NeoValve Stérile, NeoClean
Accessoires

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	Ø AIGUILLE	LONGUEUR AIGUILLE	CODE COULEUR	Ø CATHÉTER	Ø MIN. CANAL OPÉRATEUR	RÉFÉRENCES	
						Commande	Produit
NEOINJECTION GASTROSCOPIE AIGUILLE INJECTION Longueur totale 180 cm	Ø 25G (0.5 mm)	5 mm		1.8 mm	2.0 mm	222337	41612
	Ø 23G (0.6 mm)					222336	41609
	Ø 22G (0.7 mm)					222335	41606
	Ø 19G (1.1 mm)					222334	41603
NEOINJECTION COLOSCOPIE AIGUILLE INJECTION Longueur totale 230 cm	Ø 25G (0.5 mm)	5 mm		2.4 mm	2.8 mm	222341	41624
	Ø 23G (0.6 mm)					222340	41621
	Ø 22G (0.7 mm)					222339	41618
	Ø 19G (1.1 mm)					222338	41615
	Ø 25G (0.5 mm)	4 mm				222716	401408034
	Ø 22G (1.1 mm)					222714	401406040

Conditionnement : boîte de 10 unités

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY
9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

10/2023 © Asept InMed - Fabricant : Fartley - Crédit Photo : Fotolia - Photos non contractuelles - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIa certifié CE0197 destiné à la sclérothérapie et mucosectomie - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Documentation à destination des professionnels de santé.