Je peux contrôler régulièrement que la perfusion progresse en vérifiant l'évolution du **curseur** sur la graduation.

PRÉCAUTIONS

Je n'applique **pas de liquides à base d'alcool** (ou autre solvant) sur mon diffuseur ni pour le désinfecter ni pour le nettoyer. Si nécessaire, j'utilise **uniquement une lingette imprégnée d'un peu d'eau**.

Je peux passer un IRM ou sous un portique de sécurité. Mon diffuseur ne contient aucune pièce métallique.

FIN DU TRAITEMENT

Le curseur est arrivé sur le «zéro».
Je ne clampe pas en fin de perfusion.
C'est l'infirmier(e) qui s'occupera du débranchement du retrait et de l'élimination du diffuseur car celui-ci ne peut pas être réutilisé.

TRAITEMENTS POSSIBLES

Chimiothérapie
Antibiothérapie
Hydratation
Douleur
etc.

EN CAS D'INCIDENT

Numéro à contacter :

Accessoires : sur demande auprès du soignant ou des prestataires de soins.

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr

9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives +33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

02/2020 - Asept InMed - Fabricant : Leventon - Crédit Photo : Asept InMed - Photos non contractuelles
Ce dispositif médical destiné à la perfusion et l'administration de médicaments est un produit de santé réglementé de classe IIb qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Ce document ne se substitue pas à un avis médical. Document à l'usage du grand public.

DOSI-FUSER®
et moi

Le **DOSI-FUSER® est une pompe** de perfusion non électrique et portable **pour administrer mon médicament en continu**, en toute sérénité.

Grâce à ce dispositif médical stérile à usage unique silencieux, **je reste autonome tout en poursuivant mon traitement au domicile** comme à l'hôpital.

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

HYGIÈNE

Pour ne pas mouiller le **DOSI-FUSER®** pendant ma toilette ou ma douche, je peux le mettre dans son **filet blanc** et le suspendre à l'écart et au sec.
Je ne mouille pas la connexion au diffuseur ni le pansement qui protège mon cathéter. Un peu de condensation peut apparaître dans la coque après un séjour dans la salle d'eau, ce n'est pas grave.

Le DOSI-FUSER® doit rester au sec, hors de la baignoire, si je prends un bain.

SÉCURITÉ

J'écoute bien **les conseils des professionnels de santé**.
Le **DOSI-FUSER®** sera **rempli par un soignant** qui le connectera au cathéter et précisera comment et combien de temps le porter. **Je ne le débranche pas tout seul,** un soignant le déconnectera du cathéter.
Je ne le mets **pas au soleil, ni au froid, ni au chaud**.

En cas de fièvre, j'éloigne légèrement le «capillaire» de ma peau.

REPOS

Je ne mets pas le **DOSI-FUSER®** sous les draps car il n'aime pas la chaleur !
Je le cale à côté de mon oreiller, **à l'air libre**.
Je ne le suspends pas à la tête de lit ou à un pied de perfusion.
Je ne le pose **pas par terre ni en hauteur**. Je le garde idéalement **à la hauteur de mon corps**.

Ainsi rangé, le DOSI-FUSER® ne tombera pas et continuera à fonctionner correctement.

MOBILITÉ

Pour mes activités (vu avec mon médecin), je porte le **DOSI-FUSER®** dans sa « **sacoche** ».
Je glisse le tube sous mes vêtements pour ne pas être gêné.
Je peux utiliser une des sacoches de transport fournies en toute discrétion.
Je garde bien le **régulateur («capillaire»)** et le **tube** du **DOSI-FUSER® entre ma peau et mon vêtement**.

Je fais attention à ne pas tirer sur le tube, ni à le pincer.