PERFUSION
CHIMIOTHÉRAPIE

DOSI-FUSER®
AU QUOTIDIEN

Ma vie quotidienne avec DOSI-FUSER®

TEMPÉRATURE

Je n'expose pas mon diffuseur à des températures extrêmes. Je protège la coque contre le froid en la transportant dans sa sacoche thermo-isolante (accessoires) et l'écarte de toute source de chaleur (radiateur, soleil, fenêtre, cheminée, couverture, etc). Pour garantir les meilleures conditions d'écoulement, **je maintiens l'élément capillaire au contact de ma peau** (sous un sparadrap ou un sous-vêtement), à 32°C. En cas de fièvre, j'éloigne légèrement le capillaire de ma peau.

INCOMPATIBILITÉ

Je n'applique pas de liquides à base d'alcool (ou autres solvants) sur mon diffuseur ou un de ses dérivés, pour le désinfecter ou le nettoyer. Si nécessaire, j'utilise uniquement de l'eau.

EXERCICES

Je peux pratiquer des exercices modérés en maintenant le diffuseur à ma taille dans une des sacoches disponibles (accessoires). Je fais attention de ne pas tirer sur la tubulure, comme de ne pas la plier, l'écraser, la couper ou l'arracher. Je veille à ne pas laisser tomber mon diffuseur et à ne pas forcer sur la coque de protection.

DÉPLACEMENT

Pour me déplacer, **je peux utiliser l'une des sacoches de transport en toute discrétion**. Si mon traitement me le permet, je peux conduire avec mon diffuseur. Pour voyager en avion avec mon diffuseur, avant le départ, je me renseigne auprès de la compagnie aérienne. J'emporte mon ordonnance et la garde à portée de main. Il ne contient pas de pièces métalliques.

DOUCHE

Pour prendre ma douche, **j'éloigne mon diffuseur de l'eau** en le suspendant par exemple à l'aide du filet ou de la pochette plastique pour le maintenir au sec. Je veille à ne jamais l'immerger (bain déconseillé). Je ne mouille pas le pansement qui protège mon cathéter ni la connexion au diffuseur. Un peu de condensation peut apparaître dans la coque après un séjour dans la salle d'eau. Cela n'est pas grave.

NUIT

Je place mon diffuseur au-dessus de mon oreiller. Je ne le mets pas sous les draps, la température intérieure risquerait d'augmenter. Je ne le suspends pas à la tête de lit ou à un pied de perfusion. Je ne le pose pas par terre, ni en hauteur.

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

EXAMEN

Je peux passer une IRM avec mon diffuseur car il ne contient aucune pièce métallique (attention je dois vérifier auprès d'un professionnel de santé que les autres éléments de ma ligne de perfusion ne possèdent pas de métal).

FIN DU TRAITEMENT

Le curseur est arrivé sur le «zéro». Je ne clampe pas, ni ne pince la tubulure en fin de perfusion. Il est normal qu'un peu de solution reste : cela assure une légère pression positive qui évite le reflux veineux dans mon cathéter. **Je laisse le diffuseur en place comme il est, juqu'au retour de mon infirmier(e) qui s'occupera du débranchement**, du retrait et de l'élimination du diffuseur car celui-ci ne peut pas être réutilisé.

Afin de limiter toutes complications, je dois veiller à respecter les procédures de soins, les bonnes pratiques d'utilisation et les conseils donnés par le personnel médical et les documents qui me sont remis. **En cas de problème, j'informe et je demande l'avis de mon infirmier(e) avant d'agir.**

QUE FAIRE SI ?

PROBLÈMES RENCONTRÉS	CAUSES POTENTIELLES	CONDUITE À TENIR
Le curseur ne bouge plus / le ballon ne se vide pas.	Tubulure pincée ou clampée. Obstruction de la tubulure par des particules venant du médicament.	Après vérification, je déplie ou déclampe la tubulure. Je conctacte mon médecin ou mon infirmier(e) pour l'informer de l'incident.
Fuite du ballon ou ballon percé.	Défaut du ballon réservoir.	Je conctacte mon médecin ou mon infirmier(e) et je suis ses recommandations. Je ne manipule pas à main nue, j'utilise des gants ou un linge isolant. Je pince la tubulure en amont de la fuite avec le clamp bleu pour stopper la perfusion. Je ne déconnecte pas le diffuseur et j'attends l'arrivée de mon infirmier(e). Je maintiens mon diffuseur en position verticale (tube vers le haut) et je l'isole dans un sachet plastique. Si nécessaire, si mes vêtements ont été imprégnés, je les change et lave les zones de peau touchées.
De la solution reste dans le ballon, le curseur est bloqué sur un chiffre autre que «zéro».	Obturation totale ou partielle de mon cathéter et/ou de la tubulure du Dosi-Fuser®.	Je préviens mon infirmier(e).
La durée de la perfusion ne correspond pas à celle indiquée par mon médecin ou mon infirmier(e).	Viscosité de la solution. Température de la solution. Conditions d'écoulement.	Ce phénomène peut arriver car la durée théorique peut augmenter ou diminuer de 15%, c'est la précision du diffuseur. Il est donc possible que le diffuseur se vide plus tôt que prévu ou plus tard. J'informe mon infirmier(e).
La tubulure s'est déconnectée de mon cathéter.	Tension excessive sur le tube. Accrochage, arrachement de la tubulure.	Je contacte immédiatemment mon infirmier(e). Je ne reconnecte pas la tubulure de mon diffuseur seul. Je ferme le clamp situé sur la tubulure. Je me protège du liquide qui peut s'écouler.

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY
9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

SCANNEZ POUR ACCÉDER AU CONTENU EN LIGNE

DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr

02/2020 © Asept InMed - Fabricant : Leventon - Crédit Photo : Leventon et Fotolia - Photos non contractuelles - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIb certifié CE0843 destiné à la perfusion IV continue et ambulatoire de médicament - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.